


# Опросный лист

|                   |  |                   |  |
|-------------------|--|-------------------|--|
| Заказчик          | АО «Тамбовские коммунальные системы»<br>392000, Россия, г. Тамбов,<br>ул. Тулиновская, 5 | Группа материалов |  |
| № опросного листа | 11   | Код МТР-ЕНС РКС   |  |

Наименование МТР: Бидистиллятор стеклянный БС

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность     | Требования заказчика  |
|-------|---|-----------------|-----------------------|
|       | <b>Бидистиллятор стеклянный БС</b>      |                 |                       |
| 1     | <b>Технические характеристики</b>       |                 |                       |
| 1.1   | Производительность                      | л/ч             | 3,2                   |
| 1.2   | Удельная электрическая проводимость     | См/м            | $(2-5) \cdot 10^{-4}$ |
| 1.3   | Удельный расход электроэнергии          | кВт/л, не более | 1,85                  |
| 1.4   | Удельный расход охлаждающей воды        | л, не более     | 25                    |
| 1.5   | Мощность                                | кВт, не более   | 55,5                  |
| 1.6   | Напряжение                              | В               | 220/380               |
| 1.7   | Частота                                 | Гц              | 50                    |
|       | <b>Блок управления БУ</b>               |                 |                       |
| 2     | <b>Технические характеристики</b>       |                 |                       |
| 2.1   | Напряжение                              | В               | 220/380               |
| 2.2   | Частота                                 | Гц              | 50                    |
| 2.3   | Потребляемая мощность                   | ВА, не более    | 100                   |
| 3     | <b>Габаритные размеры</b>               |                 |                       |
| 3.1   | Шкаф                                    | мм              | 645*435*460           |
| 3.2   | Блока управления                        | мм              | 320*330*155           |
| 3.3   | Масса БС                                | кг, не более    | 29                    |
| 3.4   | Масса БУ                                | кг, не более    | 7                     |
| 4     | <b>Комплектация БС</b>                  |                 |                       |
| 4.1   | Контактная группа                       | шт.             | 3                     |
| 4.2   | Датчик                                  | шт.             | 1                     |
| 4.3   | Ротаметр                                | шт.             | 1                     |
| 4.4   | Нагреватель                             | шт.             | 3                     |
| 4.5   | Холодильник                             | шт.             | 2                     |
| 4.6   | Сосуд                                   | шт.             | 2                     |
| 4.7   | Регулятор уровня                        | шт.             | 2                     |
| 4.8   | Зажим                                   | шт.             | 2                     |
| 4.9   | Переходник                              | шт.             | 1                     |
| 4.10  | Кольцо                                  | шт.             | 6                     |
| 4.11  | Прокладка                               | шт.             | 6                     |
| 4.12  | Фланец                                  | шт.             | 12                    |
| 4.13  | Планка                                  | шт.             | 12                    |
| 4.14  | Хомутик                                 | шт.             | 13                    |
| 4.15  | Трубка                                  | шт.             | 1                     |
| 4.16  | Пружина                                 | шт.             | 2                     |
| 4.17  | Паспорт                                 | шт.             | 1                     |
| 5     | <b>Комплектация БУ</b>                  |                 |                       |

|     |                          |     |   |
|-----|--------------------------|-----|---|
| 5.1 | Блок управления          | шт. | 1 |
| 5.2 | Кабель                   | шт. | 1 |
| 5.3 | Паспорт                  | шт. | 1 |
| 5.4 | Комплект запасных частей | шт. | 2 |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Ф.И.О. ответственного:              | Титова Л.А.   |
| Должность:                          | Начальник испытательной лаборатории контроля качества питьевой и сточной воды     |
| Телефон/Факс:                       | (4752) 71-35-31   |
| Электронный адрес:                  | TitovaLT@tamcomsys.ru   |
| Подпись:                            |  |
| Директор технического департамента: |   |
| Подпись:                            |   |