


Заказчик	Филиал АО «Тамбовские коммунальные системы» в городе Тамбове	Группа материалов	
№ опросного листа		Код МТР ЕНС РКС	

Наименование МТР: Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ или аналог

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	Функциональные параметры		
1.1	Объем рабочей камеры	дм ³	80
1.2	Размер рабочей камеры, не менее	мм	393*490*396
1.3	Габаритные размеры стерилизатора, не менее	мм	518*721*525
1.4	Диапазон температур	°С	+5 ... +60
1.5	Точность поддержания температуры	°С	0,4
1.6	Автоматическое регулирование и поддержание заданной температуры		да
1.7	Автоматический контроль температуры в рабочей камере		да
1.8	Непрерывное измерение температуры в рабочей камере термостата		да
1.9	Принудительная циркуляция воздуха внутри рабочей камеры		да
1.10	Цифровая индикация текущей и заданной температур		да
1.11	Освещение рабочей камеры		да
1.12	Внутренняя стеклянная дверь		да
1.13	Потребляемая мощность	Вт	250
1.14	Сеть электропитания	В, Гц	220В, 50Гц
2	Комплектация		
2.1	Напольная подставка	шт.	1
2.2	Паспорт	шт.	1

Ф.И.О ответственного:	Титова Л.А.
Должность:	Начальник лаборатории
Телефон/Факс:	(4752) 71-35-31
Электронный адрес:	TitovaLA@tamcomsys.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	