


| | | | |
|-------------------|--|--------------------|--|
| Заказчик | Филиал АО «Тамбовские коммунальные системы» в городе Тамбове | Группа материалов | |
| № опросного листа | | Код МТР ЕНС РКС | |

Наименование МТР: Стационарный рН-метр МАРК-902 или аналог

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|----------|--|-------------|----------------------|
| 1 | Функциональные параметры: | | |
| 1.1 | Исполнение | - | Щитовое |
| 1.2 | Габаритные размеры | мм | 252x146x100 |
| 1.3 | Вес | кг | 2,60 |
| 1.4 | Электропитание | В, Гц | 220В, 50Гц |
| 1.5 | Измерение температуры | °С | От 5 до 50 |
| 1.6 | Окислительно-восстановительный потенциал | мВ | От -1000 до + 1000 |
| 1.7 | Активность ионов водорода (рН) для блока преобразовательного | ед.рН | От 0 до 15 |
| 1.8 | Активность ионов водорода (рН) для рН-метра в целом | ед.рН | • От 0 до 12 |
| 2 | Комплектация | | |
| 2.1 | Блок преобразовательный | шт | 1 |
| 2.2 | Блок усилительный | шт | 1 |
| 2.3 | Термодатчик | шт | 1 |
| 2.4 | Электрод измерительный | шт | 1 |
| 2.5 | Электрод сравнения | шт | 1 |
| 2.6 | Кабель соединительный | шт | 1 |
| 2.7 | Гидропанель | шт | 1 |
| 2.8 | Паспорт | шт | 1 |
| 2.9 | Инструкция по эксплуатации | шт | 1 |

| | |
|-----------------------|---|
| Ф.И.О ответственного: | Титова Л.А. |
| Должность: | Начальник лаборатории |
| Телефон/Факс: | (4752) 71-35-31 |
| Электронный адрес: | TitovaLA@tamcomsys.ru |
| Подпись |  |