

Заказчик	АО «Тамбовские коммунальные системы» 392000, Россия, Тамбов, Тулиновская, 5	Группа материалов	
№ опросного листа	47	Код МТР ЕНС PKS	

Наименование МТР: Анализатор нефтепродуктов

№ п/п	Наименование параметра(характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	Функциональные параметры		
1.1	Диапазон измерения массовой концентрации : нефтепродуктов в водах жиров в водах НПАВ в водах	мг/дм ³	0,02-1000 0,1-100 0,05-100
1.2	Предел абсолютной погрешности прибора, где Сх-измеряемое значение концентрации вещества в экстрагенте: для нефтепродуктов для НПАВ для жиров	мг/дм ³	±(0,5+0,05*Сх) ±(0,5+0,05*Сх) ±(1,0+0,05*Сх)
1.3	Потребляемая мощность, не более	В.А	12
1.4	Питание от сети переменного тока	В	220
2	Комплектация		
2.1	Анализатор нефтепродуктов	шт.	1
2.2	Хроматографические колонки	шт.	6
2.3	Штатив для колонок	шт.	1
2.4	Паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки	шт.	1
2.5	Свидетельство о первичной государственной метрологической поверке	шт.	1
2.6	ГСО 7822-2000	шт.	6
3	Дополнение к заказу		
3.1	Экстрактор ЭЛ-1	шт.	1
3.2	Блок управления	шт.	1
3.3	Паспорт	шт.	1
3.4	Делительная воронка ВД-3-1000	шт.	1
3.5	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000(ФР.1.31.2010.07432) «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных, очищенных и сточных водах	шт.	1
3.6	ПНД Ф 14.1:2:4.189-02 (ФР.1.31.2010.07433) «Методика измерений массовой концентрации жиров в природных, очищенных и сточных водах	шт.	1
3.7	ПНД Ф 14.1.272-2012 (ФР.1.31.2008.04409)	шт.	1

	«Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах»		
--	---	--	--

Ф.И.О ответственного:	Титова Л.А.
Должность:	Начальник лаборатории
Телефон/Факс:	(4752) 71-35-31
Электронный адрес:	TitovaLA@tamcomsys.ru
Подпись:	